

HTK[®]

HAMBURG

Prüfzertifikat

Kunde	Leschke Meßtechnik GmbH		
HTK Auftrag	2486017		
Anlage	GCM-D3SA-BN00	Serien Nr.: 105495	
Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Service/Wartung/Wiederkehrende Prüfung	<input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="checkbox"/> Einweisung
	<input type="checkbox"/> Inbetriebnahme	<input type="checkbox"/> Übergabe/ 1. Prüfung	
Prüfdatum	06/2017		
Gültigkeit	<input type="checkbox"/> 6 Monate <input checked="" type="checkbox"/> 12 Monate		
Nächste Prüfung	06/2018		

	Daten Kunde	Kalibrierung Referenzgerät
Typ	GCM-D3SA-BN00	
SNr.	105495	
Gasart	Air/Luft	Air
Kalibrierung		
Messbereich	200	
Einheit	ln/min.	
Eingangsdruck	1 bar a	1.22 bar a
Ausgangsdruck	Atm.	985 mbar a
Temperatur	20 °C	20,2 °C

	Nominal range [%]	Reference Flow [ln/min]	DUT Flow [ln/min]	Deviation MV [%]	Deviation FS [%]	Used ref.
01.	0	0	0	---	---	
02.	2	4.698	4	-17.45	-0.35	R7
03.	25	50	50	0.07	0.02	R7
04.	50	100.1	100	-0.13	-0.06	R7
05.	75	150.6	150	-0.42	-0.31	R7
06.	100	199	200	0.50	0.50	R7

Anmerkung:



Prüfer: **MMB**

Datum: 12.06.2017

HTK HAMBURG[®] GMBH
 WOELCKENSTRASSE 11
 D-22393 HAMBURG – SASEL

tel. (+49) 40 / 600 35 - 53
 eMail htk@htk-hamburg.com

fax. (+49) 40 / 600 35 - 83
 internet: <http://www.htk-hamburg.com>

