

Prüfmittelkarte

Gerät : Labornetzgerät VLP 1303 pro (Raum 08)
 Hersteller : Voltkraft
 Seriennummer : V 14 / CVL 1307-01
 Inventarnummer : 032
 Zertifikatnummer : 2008032

Prüfverfahren: QM VA 7.1.
 Anschlußkalibrierung - Gerätevergleich mit dem vom Kalibrierdienst
 geprüften Meßgeräte - Normal

Prüfdatum:	Prüfergebnis erfüllt die Anforderungen		Bemerkungen	Name/ Unterschrift
	Ja	Nein		
10.06.2008	X		Geräteprüfung i.O.	Uebelhack / Uebelhack
24.06.2009	X		Geräteprüfung i.O.	UESCHKE / Gerstke
11.06.2010	X		Geräteprüfung i.O.	Uebelhack / Uebelhack
20.06.2011	X		Geräteprüfung i.O.	Uebelhack / Uebelhack
10.07.2012	X		Geräteprüfung i.O.	Kowolke / Kowolke
04.06.2013	X		Geräteprüfung i.O.	Konische / Konische
18.06.2014	X		Geräteprüfung i.O.	FONFARA / Fonfara
11.06.2015	X		Geräteprüfung i.O.	FONFARA / Fonfara
10.6.16	X		i.O.	Stavroszik / Stavroszik
9.6.2017	X		Geräteprüfung i.O.	FONFARA / Fonfara