



Servicebericht 2015049

Condensation Fog Generator CFG 290

Kunde: LMT – Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Prüfgrund: Wartung: Reparatur:

Messgerätedaten: Hersteller: LMT GmbH / TOPAS GmbH
Typ: CFG 290
Inventar Nr.: 9900048787
Serien Nr.: 290 11 03 301

Prüfungsumgebung: Temperatur: 22,5 °C relative Feuchte: 42,1 % Abs. Druck: 1012 hPa

Prüfgeräte und Prüfmittel:

Messtechnik	Typ	Seriennummer	letzte Kalibrierung	Zertifikat Nummer	nächste Kalibrierung
Oszilloskop	HAMEG HM 1004-3	7510	06/2015	152688	06/2016
Lärmpegelmessung	VOLTCRAFT 329	040901779	05/2015	1647957	05/2016
Druckmessgerät	Testo 480	02618770	04/2015	2015053	04/2016
Klimamessgerät	Testo 635	01850115/006	05/2015	1651671	05/2016

Aktuelle Zertifikate unserer eingesetzten Prüfgeräte finden Sie als Download auf www.leschke-messtechnik.de

Gerätezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerät:
Innerhalb der Toleranz:
Außerhalb der Toleranz:
Reparatur erforderlich:

Prüfergebnisse:

erfüllt die Anforderungen

Aerosolgenerierung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gebläse / Probetrieb	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Dichtigkeit des Fluidsystems	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Dichtigkeit Abströmkanal	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Akku Ladebetrieb	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kontrolle Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anzeige Power	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Betriebsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gerät komplett zerlegt und gereinigt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Es wird hiermit bestätigt, dass dieses Messgerät fachgerecht gewartet wurde und den Anforderungen für Messungen nach der DIN EN ISO 14644, der VDI 2083, der EU GMP Richtlinie ANNEX 1 und dem US Federal-Standard-209E (nur informativ) entspricht.

Die LMT Leschke Meßtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitätsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewährt werden.

Die Kalibrierung und Wartung der Messgeräte erfolgt auf Grundlage der ISO 21501-4:2007.

Prüfgrundlage erfüllt: ja nein

Empfohlene nächste Prüfung: 12/2016
Datum der Prüfung: 17.12.2015

LMT Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 68 57 162
Email: info@imt-online.eu

Prüfung durchgeführt von J. Fonfara