

## Prüfprotokoll 2018049

### Condensation Fog Generator CFG 290

**Kunde:** LMT – Leschke Meßtechnik GmbH  
Fritz-Lindemann-Ring 10  
15234 Frankfurt (Oder)

**Prüfgrund:** Wartung:  Reparatur:

**Messgerätedaten:** Hersteller: LMT GmbH / TOPAS GmbH  
Typ: CFG 290  
Inventar Nr.: 049  
Serien Nr.: 290 11 03 301

**Prüfungsumgebung:** Temperatur: 20,1 °C relative Feuchte: 41,1 % Abs. Druck: 989 hPa

### Prüfgeräte und Prüfmittel:

Messtechnik	Typ	Seriennummer	letzte Kalibrierung	Zertifikat Nummer	nächste Kalibrierung
Oszilloskop	Hameg HM 1004-3	7510	06/2017	173223	06/2018
Schallpegelmessgerät	VOLTCRAFT 329	040901779	05/2017	2351581	05/2018
Druckmessgerät	Testo 480	02618770	04/2017	2017053	04/2018
Klimamessgerät	Testo 635	01850115/006	04/2017	2313256	04/2018

Aktuelle Zertifikate unserer eingesetzten Prüfgeräte finden Sie als Download auf [www.leschke-messtechnik.de](http://www.leschke-messtechnik.de)

### Gerätezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerät:   
Innerhalb der Toleranz:   
Außerhalb der Toleranz:   
Reparatur erforderlich:

### Prüfergebnisse:

erfüllt die Anforderungen

Aerosolgenerierung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gebläse / Probetrieb	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Dichtigkeit des Fluidsystems	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Dichtigkeit Abströmkanal	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Akku Ladebetrieb	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kontrolle Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anzeige Power	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Betriebsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gerät komplett zerlegt und gereinigt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Es wird hiermit bestätigt, dass dieses Messgerät fachgerecht gewartet wurde und den Anforderungen für Messungen nach der DIN EN ISO 14644, der VDI 2083, der EU GMP Richtlinie ANNEX 1 und dem US Federal-Standard-209E (nur informativ) entspricht.

Die LMT Leschke Meßtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitätsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewährt werden.

Die Kalibrierung und Wartung der Messgeräte erfolgt auf Grundlage der ISO 21501-4:2007.

Prüfungsergebnis / Technische Spezifikation erfüllt: ja  nein

Empfohlene nächste Prüfung: 01/2019  
Datum der Prüfung: 03.01.2018

**LMT Leschke Meßtechnik GmbH**  
Fritz-Lindemann-Ring 10  
15234 Frankfurt (Oder)  
Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 68 57 162  
Email: [info@lmt-online.eu](mailto:info@lmt-online.eu)

Prüfung durchgeführt von S. Konsolke