

# Prüfmittelkarte

Gerät : Rotameter 100 l/min (Zamm 08)  
 Hersteller : Heinrichs  
 Seriennummer : 00238565  
 Inventarnummer : 022  
 Zertifikatnummer : 2008022

Prüfverfahren: QM VA 7.1.  
 Anschlußkalibrierung - Gerätevergleich mit dem vom Kalibrierdienst  
 geprüften Meßgeräte - Normal

Prüfdatum:	Prüfergebnis erfüllt die Anforderungen		Bemerkungen	Name/ Unterschrift
	Ja	Nein		
09.06.2008	X		Reinigung Meßrohr	Hebelbach / Müller
24.06.2009	X		Geräteprüfung i.O.	LESCHKE / Leuchter
10.06.2010	X		Geräteprüfung i.O.	Hebelbach / Müller
08.06.2011	X		Geräteprüfung i.O.	Leschke / Leuchter
27.06.2012	X		Geräteprüfung i.O.	TONFARA / Fontana
05.06.2013	X		Geräteprüfung i.O.	Korolke / Krawinkel
13.06.2014	X		Geräteprüfung i.O.	TONFARA / Fontana
11.06.2015	X		Geräteprüfung i.O.	TONFARA / Fontana
10.06.16	X		i.O.	Slawinski / Grosse
9.6.2017	X		Geräteprüfung i.O.	TONFARA / Fontana
11.06.2018	X		Geräteprüfung i.O.	Peter / Behm

Revision :2 von 01/2009