

Prüfmittelkarte

Gerät : Rotameter 40 l/min (Raum No)
 Hersteller : Rota
 Seriennummer : 911002.2601
 Inventarnummer : 018
 Zertifikatnummer : 2008018

Prüfverfahren: QM VA 7.1.
 Anschlußkalibrierung - Gerätevergleich mit dem vom Kalibrierdienst
 geprüften Meßgeräte - Normal

Prüfdatum:	Prüfergebnis erfüllt die Anforderungen		Bemerkungen	Name/ Unterschrift
	Ja	Nein		
09.06.2008	X		Geräteprüfung i.O.	Woblerhach / Woblerhach
24.06.2009	X		Geräteprüfung i.O.	WESCHKE / Woblerhach
10.06.2010	X		Geräteprüfung i.O.	Woblerhach / Woblerhach
20.06.2011	X		Geräteprüfung i.O.	Woblerhach / Woblerhach
27.06.2012	X		Geräteprüfung i.O.	FONTARA / Fontara
05.06.2013	X		Geräteprüfung i.O.	Konolke / Konolke
13.06.2014	X		Geräteprüfung i.O.	FONTARA / Fontara
11.06.2015	X		Geräteprüfung i.O.	FONTARA / Fontara
10.6.16	X		i.O.	Schlosser / Schlosser
9.6.2017	X		Geräteprüfung i.O.	FONTARA / Fontara
11.06.2018	X		Geräteprüfung i.O.	Peter / Peter

Revision :2 von 01/2009