



QS zertifiziert nach ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. A1523GER

Prüfprotokoll 2024057

Wartung und Justierung eines Temperatursensors

Kunde: LMT – Leschke Meßtechnik GmbH Fritz-Lindemann-Ring 10 15234 Frankfurt (Oder)

Prüfgrund: Wartung: [X] Reparatur: [ ]

Messgerätedaten: Hersteller: Testo GmbH Typ: testo 175T1 Serien-Nr.: 40047971 411 Prüfmittel Nr: 57

Prüfgeräte und Prüfmittel:

Table with 6 columns: Messtechnik, Typ, Seriennummer, letzte Kalibrierung, Zertifikat Nummer, Nächste Kalibrierung. Rows include Temperatur-/Feuchtefühler and Digitalmultimeter.

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitätsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewährt werden.

Rückführbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Prüfgeräten, Prüfmitteln und Partikelstandards finden Sie als Download auf www.leschke-messtechnik.de.

ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:

Grundlage für die Prüfung ist die interne Prüfvorschrift AA18

- 1. Allgemeine Gerätekontrolle [X] 2. Kontrolle der Anschlüsse [X] 3. Nullpunkt Kontrolle [X] 4. Genauigkeit Temperaturanzeige geprüft [X]

Sensordaten:

Messbereich: -35...+55 °C ± 0,4 °C

Prüfergebnis:

Table with 6 columns: Standort, Soll-Wert Referenzgerät (°C), Ist-Wert Prüfling (°C), Soll - Ist Abweichung (± °C), Akzeptanzkriterium (°C), Bewertung. Rows show measurements for Raum 09.

Prüfungsergebnis / Technische Spezifikation erfüllt: ja [X] nein [ ]

empfohlene nächste Prüfung: 04/2025 Datum der Prüfung: 02.04.2024

LMT Leschke Meßtechnik GmbH Fritz-Lindemann-Ring 10 15234 Frankfurt (Oder) Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 68 57 162 Email: info@lmt-online.eu

Prüfung durchgeführt von S. Konsolke

S:\LMT Bürodateien\Service\LMT Geräte\2024\Temperaturlogger Testo 175 40047971 411.doc